



BOSNIA AND HERZEGOVINA
INSTITUTE OF METROLOGY
OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Broj: UP 05.1-46-6-FD-28-8/24
Sarajevo, 22.03.2024. godine

Na osnovu člana 15. stav 2, Zakona o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 19/01), člana 61. stav 2. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02, 102/09 i 72/17) i člana 197. Zakona o upravnom postupku („Službeni glasnik BiH“, br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), te u skladu sa Pravilnikom o imenovanim mjeriteljskim laboratorijama („Službeni glasnik BiH“, broj 75/14), a po zahtjevu ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETA d.o.o. Mostar, (ZIK d.o.o. Mostar), Sv. Leopolda Mandića br.9/I, 88000 Mostar, BiH, direktor Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju laboratorije

1. Ovim Rješenjem imenuje se zahtjevu ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETA d.o.o. Mostar, za obavljanje poslova verifikacije mjerila zapremine (volumena) – horizontalni rezervoari, prema tabeli iz tačke 2 koja je u prilogu ovog rješenja. Laboratorija se nalazi na adresi Rodoč bb, Mostar.
2. Rješenje o imenovanju laboratorije sa prilogom koji je sastavni dio ovog rješenja važi do 21.03.2026. godine.
3. Nadzor nad radom imenovane laboratorije vršit će Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Institut) najmanje jedanput godišnje, na osnovu člana 33. stav 2. Zakona o mjeriteljstvu BiH i Pravilnika o imenovanim mjeriteljskim laboratorijama.
4. Imenovana laboratorija je obavezna da vodi evidenciju verifikovanih mjerila i dva puta mjesečno dostavlja izvještaj o izvršenoj verifikaciji elektronskim putem e-mail: verifikacijamjerila@met.gov.ba.
5. Imenovanoj laboratoriji dodjeljuju se verifikacione oznake sa brojem V19.
6. Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETA d.o.o. Mostar, podnio je Institutu zahtjev za izdavanje rješenja o imenovanju laboratorije za verifikaciju mjerila zapremine (volumena) – horizontalni rezervoari, sa pratećom dokumentacijom, zaveden pod brojem UP 05.1-46-6-28-1/24 od 29.02.2024. godine.

Uz zahtjev su dostavljeni sljedeći dokumenti: kopija registracionog lista pravnog lica, certifikat o akreditaciji laboratorije u skladu sa standardom BAS EN ISO/IEC 17020 za oblast imenovanja, dokumentovane verifikacione metode koje su predmet imenovanja, kopije izvještaja o verifikaciji za prijavljenu oblast, certifikate o kalibraciji, etalona i mjernih instrumenata, poslovnik o kvalitetu laboratorije po kriterijima standarda BAS EN ISO/IEC 17020, spisak osoblja laboratorije sa njihovim kvalifikacijama i funkcijama.

U skladu sa Pravilnikom o imenovanim mjeriteljskim laboratorijama („Službeni glasnik BiH“, broj 75/14), od strane direktora Instituta, imenovana je Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova u laboratoriji u kojoj se vrši verifikacija mjerila, rješenje broj UP 05.1-46-6-FD-28-2/24 od 07.03.2024. godine, sa zadatkom da utvrdi kompetentnost laboratorije za poslove verifikacije mjerila. Nadalje,





Komisija je pregledala zahtjev i utvrdila kompletnost dokumentacije koju moraju ispunjavati imenovana laboratorija za obavljanje poslova verifikacije mjerila zapremine (volumena) – horizontalni rezervoari, radi utvrđivanja činjenica neposrednim zapažanjem provela ocjenjivanje u prostorijama podnosioca zahtjeva.

U provedenom postupku je utvrđeno da laboratorija za verifikaciju mjerila ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETA d.o.o. Mostar, ispunjava posebne uslove propisane odredbama člana 4. Pravilnika o imenovanim mjeriteljskim laboratorijima, te utvrdila:

- (1) Da je laboratorija akreditirana kod Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine – BATA, prema zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC17020:2013, inspeksijsko tijelo tip C (broj IN-11-02 od 24.12.2022. godine) Akreditacija vrijedi do 23.12.2026. godine.
- (2) Da je laboratorija obezbjedila dovoljan broj osoblja koje posjeduje kompetentnost za obavljanje aktivnosti verifikacije mjerila u predmetnoj oblasti, koje djeluje nepristrasno i radi u skladu sa sistemom kvaliteta. Spisak zaposlenog osoblja s funkcijama koje obavljaju u laboratoriji dat je u prilogu ovog rješenja (tabela iz tačke 1 priloga).
- (3) Da su tehnički rukovodilac laboratorije kao i svi uposleni upoznati sa postupkom ispitivanja i verifikacije mjerila zapremine (volumena) – horizontalni rezervoari, održavanja mjerne i druge opreme, te se obavezuje da će se u poslovanju laboratorije pridržavati Zakona o mjeriteljstvu BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 19/01), podzakonskih akata koji proizlaze iz Zakona o mjeriteljstvu BiH; podzakonskih akata koji su ostali na pravnoj snazi iz SFRJ i međunarodnih preporuka za zakonsko mjeriteljstvo.
- (4) Da laboratorija posjeduje certifikate o kalibraciji za radne etalone.

Slijedom svega navedenog Komisija je izradila Izvještaj sa ocjenjivanja broj UP 05.1-46-6-FD-28-7/24 od 20.03.2024. godine, na osnovu kojeg je ovaj organ u provedenom postupku utvrdio da ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETA d.o.o. Mostar, ispunjava uslove za imenovanje laboratorije, a sve u skladu sa članom 15. stav 2. Zakona o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine i Pravilnika o imenovanim mjeriteljskim laboratorijima, te je odlučio kao u dispozitivu ovog rješenja.

Sastavni dio ovog rješenja je prilog u kojem je dat spisak zaposlenog osoblja i specificirani opseg rada laboratorije.

Administrativna taksa po tarifi koja je propisana Zakonom o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“, br.: 16/02, 19/02, 43/04, 08/06, 76/06, 76/07, 03/08, 42/08, 03/10, 98/12, 15/14, 78/14, 32/17, 53/17, 62/17, 73/17, 68/19, 18/20, 30/22, 83/2022 i 32/2023) u iznosu 5,00 KM i 15,00 KM, naplaćena je od podnosioca zahtjeva.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od šezdeset (60) dana od dana prijema ovog rješenja.



Dostavljeno:

- Imenovanoj laboratoriji
- a/a



PRILOG I: Spisak zaposlenog osoblja i opsega aktivnosti verifikacije

1. SPISAK ZAPOSLENOG OSOBLJA

	Ime i prezime	Radno mjesto	Stručna sprema
1.	Milenko Puce	Rukovodilac laboratorije/ Zamjenik rukovodioca za kvalitet	VSS
2.	Paula Franjić	Tehnički rukovodilac laboratorije/ Rukovodilac sistema kvaliteta	VSS
3.	Milenko Prce	Zamjenik tehničkog rukovodioca laboratorije/ Zamjenik rukovodioca laboratorije	VSS
4.	Vedran Marić	Mjeritelj	SSS
5.	Edin Behram	Mjeritelj	SSS

2. SPECIFICIRANI OPSEG RADA LABORATORIJE

	Predmet verifikacije	Mjerni opseg
1.	Horizontalni rezervoari (spremnici)	max 100 m ³ (maksimalne nazivne zapremine 100 m ³)

Napomena: Tehnički rukovodilac laboratorije je dužan da o svakoj promjeni zaposlenog osoblja kao i etalonske i druge mjerne opreme u pisanoj formi obavijesti Odsjek za imenovanje laboratorija, nadzor i verifikaciju, Instituta za mjeriteljstvo BiH

